

GTSD-GS 射线现场警示 灯


操 作 手 册

济宁探伤仪器设备有限公司

1 仪器概述

- GTSD-GSF 射线现场警示灯是射线检测时在其射线区域或规定区域内设定边界，发出警告，使非工作人员离开此区域的警告灯具。
- 适用于 X 射线探伤检测、 γ 源专用运输车、 γ 射线探伤检测及探伤室门报警系统。
- 采用了锂电池内置的方法，减少外部空间，电池为充电式电池，可重复利用减少污染。
- 底部有磁性底座，吸附力强，使用方便。
- 外罩采用 ABS 材料，坚实耐用，抗摔性能强。

2 操作方法



2.1 将状态选择开关扳至射线检测档位，并将报警器放置于较合适的工作面。

2.2 当有射线产生，该报警器便闪烁发光并发出报警音乐。

2.3 由于单片机内部数据刷新会继续鸣叫六秒钟。

2.4 在确定有射线源的场合需要现场警示时，将状态选择开关扳至声光报警档位，可使报警器连续声光报警。

2.5 在使用过程中，当闪光灯亮度不足且声音不响亮时，请及时充电，充电时将充电适配器输出插头插入报警器充电插座，充电时间应保持 8 小时左右。

3 注意事项

3.1 请使用本机专用充电适配器。

3.2 谨防摔碰。

4 装箱附件

- 4.1 报警灯 1 个
- 4.2 适配器 1 个
- 4.3 随机资料 1 份
- 4.4 可选配三脚架 1 个

注：仪器如果出现故障（除人为破坏之外），从我公司自售出之日起负责保修一年。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。